

do Wykonawców zainteresowanych
postępowaniem WT.2370.1.43.2018

Dotyczy: postępowania którego wartość nie przekracza 30.000 euro nr WT.2370.1.43.2018
pn: „zakup, dostawa sprzętu medycznego ”.

Zapytanie : Czy jako rozwiązanie równoważne Zamawiająca dopuści pas miedniczy, który posiada regulację wielkości i jest uniwersalny dla dzieci i dorosłych?

Odpowiedź: Zamawiająca nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie : Czy Zamawiająca wyrazi zgodę na złożenie ofert częściowych lub wydzielenie noszy half sced i głowy do intubacji do osobnego zadania?

Odpowiedź: Zamawiająca nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie : Czy Zamawiająca wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia do -9 tygodni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiająca nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie : czy Zamawiająca wymaga dostarczenia zestawu ratownictwa Medycznego PSP R1 z deską ortopedyczną i kpl. szyn Kramera wg. Zasad Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG z lipca 2013r?

Odpowiedź: Zamawiająca wymaga dostarczenia zestawu ratownictwa Medycznego PSP R1 w formie plecaka z deską ortopedyczną i kpl. szyn Kramera.

KOMENDANT
Centralna Szkoła
Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie
mł. brygadier Piotr Placek